

Customer/Client

DIVERSEY Europe Operations BV

Management Quality Manual n° MMQ0000
(contractual)/Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur)

Product/Produit dosé	Clearklens IPA 70% Non stérile 10x1L SKU 101103548	Control report nb/N° de rapport d'essai	CERT 210710
Specification reference/ Référence CDC	CDC Edition n°3 October 2018		
Analyst/Analyste	MGR	Purchase order nb/n° bon de commande	4702714882
		Date of receipt/Date de réception :	09/07/2021


PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES CONTROL / CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Customer's batch n°/ N° de lot client :	ENT51221 21 235	Certificate N° STERIS/N° de certificat STERIS :	NA
Date of manufacturing/ Date de fabrication :	July-21	Quantity produced/ Quantité produite :	800 X 1L
Expiry date / Date de péremption :	July-23	FIDT N° :	1821 A
ECP's batch N° /n° Lot ECP :	51221	Analysis date/Date d'analyse :	09/07/2021

Results/Résultats

Characteristics analysed/Caractéristiques analysées	Analysis method/Méthode d'analyse	State in the production / Situation de l'échantillon dans la production Beginning / Début	Specification
Appearance at 20°C Aspect à 20°C	NA	Clear, colourless liquid	Clear, colourless liquid / Limpide et incolore
Density/Densité (20°C)	IDT0301	0,872	0,8699-0,8798
Microbiological Quality of water WFI / Qualité microbiologique de l'EDI	IDT0236	4 CFU/100ml	<10 CFU / 100ml

C : Compliant/Conforme NC : Non Compliant/Non conforme
NA : No Applicable

Batch released by ML AUGUSTE 14/09/21 

Conclusion : ☒ COMPLIANT/CONFORME ☐ NO COMPLIANT/NON CONFORME

Date : 13/09/2021	Written by/Etabli par : C. MOISSONNIER	Checked by/Véifié par : ML AUGUSTE
-------------------	--	------------------------------------