

Customer/Client DIVERSEY Europe Operations BV		Management Quality Manual n° MMQ0000 (contractual)/Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur)	
Product/Produit dosé Clearklens IPA 70% Non stérile 10x1L SKU 101104881	Control report nb/N° de rapport d'essai CERT 220472	Purchase order nb/n° bon de commande 202274530	
Specification reference/Référence CDC CDC Edition n°3 October 2018	Date of receipt/Date de réception : 07/05/2022		
Analyst/Analyste JAR	Analysis date/Date d'analyse : 07/05/2022		
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES CONTROL / CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES			
Customer's batch n°/N° de lot client : ENT54209 22 182	Certificate N° STERIS/N° de certificat STERIS : NA	Quantity produced/Quantité produite : 3200 x 1L	
Date of manufacturing / Date de fabrication : July-22	FIDT N° : 1821 A		
Expiry date / Date de péremption : July-24	Analysis date/Date d'analyse : 07/05/2022		
ECP's batch N° /n° Lot ECP : 54209	Analysis date/Date d'analyse : 07/05/2022		
Results/Résultats			
Characteristics analysed/Caractéristiques analysées	Analysis method/Méthode d'analyse	State in the production / Situation de l'échantillon dans la production Beginning / Début	Specification
Appearance at 20°C / Aspect à 20°C	NA	Clear, colourless liquid	Clear, colourless liquid / Limpide et incolore
Density/Densité (20°C)	IDT0301	0,880 (Average)	0,872-0,883
Microbiological Quality of water WFI / Qualité microbiologique de l'EDI	IDT0236	<10 (UFC / 100mL)	<10 CFU / 100ml
Batch released by A. VANDEVENTER - le 12/07/2022		C : Compliant/Conforme NC : No Compliant/Non conforme NA : No Applicable	
Conclusion : ☒ COMPLIANT/CONFORME ☐ NO COMPLIANT/NON CONFORME			